



北京艾德莱生物科技有限公司
Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

◆ **RNAliquid**

超速全血(液体样本)总RNA提取试剂盒

◆ 目录号 **RN23**

◆ 使用手册

◆ 实验室使用, 仅用于体外

RNAliquid 超速全血(液体样本)总 RNA 提取试剂盒

目录号: RN23

目录编号	包装单位
RN2301	20次
RN2302	50次

❖ 适用范围:

❖ 适用于快速提取全血（液体样本）高纯度总 RNA

❖ 试剂盒组成、储存、稳定性: +

试剂盒组成	保存	20 次	50 次
裂解液 RLS	4°C 避光	25 ml	50 ml
去蛋白液 RE	室温	15 ml	25 ml
漂洗液 RW	室温	5 ml 第一次使用前按说明加指定量乙醇	10 ml
RNase-free H ₂ O	室温	10 ml	10 ml
70%乙醇	室温	4ml RNase-free H₂O 第一次使用前按说明加指定量乙醇	9ml RNase-free H₂O
RNase-free 吸附柱 RA	室温	20 个	50 个
收集管 (2ml)	室温	20 个	50 个

本试剂盒在室温储存 12 个月不影响使用效果。



储存事项：

1. 所有的溶液应该是澄清的，如果环境温度低时溶液可能形成沉淀，此时不应该直接使用，可在 37°C 水浴加热几分钟，即可恢复澄清。
 2. 不合适的储存于低温（4°C 或者 -20°C）会造成溶液沉淀，影响使用效果，因此运输和储存均在室温下（15°C – 25°C）进行。裂解液 RLS 可以常温运输，收到后**4°C 避光保存**。
 3. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、PH 值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。

◆ 产品介绍:

改进的异硫氰酸胍/酚一步法裂解细胞和灭活 RNA 酶，然后总 RNA 在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜，再通过一系列快速的漂洗—离心的步骤，去蛋白液和漂洗液将细胞代谢物、蛋白等杂质去除，最后低盐的 RNase free water 将纯净 RNA 从硅基质膜上洗脱。

◆ 产品特点:

1. 离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口世界著名公司特制吸附膜，柱与柱之间吸附量差异极小，可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。
 2. 结合了异硫氰酸胍/酚一步法试剂稳定性好，纯度高和离心柱方便快捷的优点，不需要异丙醇沉淀和乙醇洗涤过程，RNA 可以直接从离心柱上洗脱避免了过度干燥不易溶解问题。
 3. 独有的 RLS 裂解液配方，可直接裂解全血，不需要先裂解去除红细胞。
 4. 多次漂洗去蛋白过程，提取 RNA 纯度更高。
 5. 有效的去除了 SS 在总 RNA 中含量，提高了纯度。



◆ 注意事项

1. 第一次使用前请先在漂洗液**RW**瓶和**70%**乙醇瓶中加入指定量乙醇，加入后请及时打钩标记已加入乙醇，以免多次加入！
 2. 所有离心步骤如未加说明，均在室温进行。使用转速可以达到13,000 rpm的传统台式离心机，如Eppendorf 5415C 或者类似离心机。
 3. 裂解液RLS和去蛋白液RE中含有刺激性有害化合物，操作时要戴乳胶手套，**避免沾染皮肤、眼睛和衣服**。**若沾染皮肤、眼睛时，要用大量清水或者生理盐水冲洗。**
 4. 考虑到环保问题，本试剂盒不含有实验室常用试剂氯仿，用户使用前需要自备氯仿。
 5. 常规的琼脂糖凝胶电泳和变性胶电泳均可以用来分析RNA的质量。好的RNA产物在电泳后应该可以看到明显的二条优势核糖体RNA带，分别为~5Kb (28S), ~2Kb (18S)，条带亮度比值约为2: 1。有时候也可以看到~0.1kb和0.3Kb(5S, tRNA)带。但有时候根据不同的物种如某些植物组织可以看到4, 5条带也属于正常现象，如果RNA未成熟的前体或者不均一核RNA、小核RNA提取出来也可能看到介于7Kb和15Kb之间的不连续的高分子量条带。
 6. 检测OD₂₆₀/OD₂₈₀吸光度比值时，RNA样品应该溶于TE后检测，如果用水稀释后检测，由于一般水离子强度和PH值低，会使OD₂₈₀升高，从而使比值降低。
 7. 加入裂解液RLS后，加氯仿前，样品可在 -60°C-70°C 保存一个月以上。
 8. 关于DNA 的微量残留：

一般说来任何总 RNA 提取试剂在提取过程中无法完全避免 DNA 的微量残留，在大多数 RT-PCR 扩增过程中极其微量的 DNA 残留（一般电泳 EB 染色紫外灯下观察不可见）影响不是很大，如果要进行严格的 mRNA 表达量分析如荧光定量 PCR. 我们建议在进行模板和引物的选择时：

-
- 
- 1) 选用跨内含子的引物,以穿过 mRNA 中的连接区,这样 DNA 就不能作为模板参与扩增反应。
 - 2) 选择基因组 DNA 和 cDNA 上扩增的产物大小不一样的引物对。
 - 3) 将 RNA 提取物用 RNase-free 的 DNase I 处理。
 - 4) 在步骤去蛋白液 RE 漂洗前, 直接在吸附柱 RA 上进行 DNase I 消化处理。

◆ 操作步骤：（实验前请先阅读注意事项）

⇒ 提示：第一次使用前请先在漂洗液 RW 瓶和 70% 乙醇瓶中加入指定量乙醇！

- 每0.25ml液体样品(血清，血浆，脑脊液等等)加入0.75ml 裂解液RLS，用加样枪吹打液体样品几次以帮助裂解样品中细胞。每 $5\sim 10 \times 10^6$ 个细胞至少加入0.75ml 裂解液RLS。裂解液RLS 和液体样品的终体积比总是3: 1。
 - 将样品剧烈震荡混匀，在15 -30°C条件下孵育5分钟以使核蛋白体完全分解。
 - 每0.75ml 裂解液RLS加0.2ml氯仿，剧烈振荡15秒并室温下放置2分钟。
 - 于4°C 12, 000rpm 离心10分钟，样品会分成三层：下层有机相，中间层和上层无色的水相，RNA存在于水相中。水相层的容量大约为所加RLS体积的70%，把水相转移到新管中，进行下一步操作。
 - 加入1倍体积70%乙醇（请先检查是否已加入无水乙醇！），颠倒混匀（此时可能会出现沉淀）。得到的溶液和可能沉淀一起转入吸附柱RA中(吸附柱套在收集管内)。
 - 12, 000rpm 离心45秒，弃掉废液，将吸附柱重新套回收集管。
 - 加500μl 去蛋白液RE，12, 000rpm 离心45秒，弃掉废液。
 - 加入500μl漂洗液RW（请先检查是否已加入无水乙醇！），12,000 rpm 离心45秒，弃掉废液。
 - 加入500μl漂洗液RW，12,000 rpm 离心45秒，弃掉废液。
 - 将吸附柱RA放回空收集管中，13,000 rpm离心2分钟，尽量除去漂洗液，以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。
 - 取出吸附柱RA，放入一个RNase free离心管中，根据预期RNA产量在吸附膜的中间部位加30-50μl RNase free water（事先在 65-70°C水浴中加热效果更好），室温放置2分钟，12,000 rpm 离心1分钟。如果需要较多RNA，可将得到的溶液重新加入离心吸附柱中，离心1分钟，或者另外再加30μl RNase free water，离心1分钟，

合并两次洗脱液。

洗脱体积越大，洗脱效率越高，如果需要 RNA 浓度较高，可以适当减少洗脱体积，但是最小体积最好不少于 30 μ l，体积过小降低 RNA 洗脱效率，减少 RNA 产量。